

- ๔.๔.๘ สามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ U disk หรือ USB Flash Drive ได้
 ๔.๔.๙ น้ำหนักเครื่องไม่มากกว่า ๕.๐ กิโลกรัม
 ๔.๔.๑๐ สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้
 ๔.๔.๑๑ มีระบบสำหรับป้องกันเมื่อใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillation protection)
 ๔.๔.๑๒ มีระบบตรวจจับสัญญาณ Pacemaker ได้
 ๔.๔.๑๓ สนับสนุนการทำงานร่วมกับ Smart ECG Viewer software ,Barcode scanner, LAN/WIFIได้
 ๔.๔.๑๔ ผ่านมาตรฐาน FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ๔.๔.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่ถูกแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง โดยมีหนังสือรับรองมาแสดง

๕. อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑ Patient Cable and Lead wire	จำนวน	๑	ชุด
๕.๒ Suction Electrode	จำนวน	๖	ลูก
๕.๓ Limb Clamps	จำนวน	๔	ชิ้น
๕.๔ Electrode Cream	จำนวน	๑	ขวด
๕.๕ Recorder Paper	จำนวน	๑	พับ
๕.๖ AC Power Cord	จำนวน	๑	เส้น
๕.๗ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง	จำนวน	๑	เล่ม
๕.๘ คู่มือการซ่อมบำรุงพร้อมวงจร	จำนวน	๑	เล่ม

ลงชื่อ.....*นางจินตนา วิทยาลัย*.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวสมจินตนา วิทยาลัย)

ลงชื่อ.....*จูน*.....กรรมการ ลงชื่อ.....*วิมล สุ่ม่วง*.....กรรมการ
 (นางพนิดา แทบงาม) (นางวิมล สุ่ม่วง)