

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โคมไฟ

๑. ความต้องการ โคมไฟส่องปาก

๒. วัสดุประสงค์ ใช้สำหรับส่องช่องปากในการทำทันตกรรม

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๑. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๒. เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปเอเชีย ทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกา

๔. คุณสมบัติเทคนิค

โคมไฟส่องปาก

๔.๑ โคมไฟ(Operation Light)

- หลอดไฟเป็นชนิด Tungsten-Halogen Bub
- มีระยะไฟกึ่งอยู่ระหว่าง ๕๐-๗๐ เซนติเมตร
- ความเข้มของแสงที่ระยะไฟกึ่งอยู่ระหว่าง ๑๓,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ ลักซ์
- ที่ระยะไฟกึ่งมีค่า Color Temperatur อยู่ระหว่าง ๓,๖๐๐-๖,๕๐๐ องศาเควิน

๔.๒ Flexible Arm ของโคมไฟ

- ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม
- สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ

๔.๓ เสาและตัวฐาน

- ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม มีความมั่นคง
- มีล้อเลื่อนที่ฐานสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยไม่ลื่น

๔.๔ มีหม้อแปลงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด ๑๒ โวลต์ เพื่อใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน ๒๒๐

โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ได้

๔.๕ มีกระเปาะสำหรับบรรจุ

ลงชื่อ.....^{สมจินตนา วิทยาลัย}.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมจินตนา วิทยาลัย)

ลงชื่อ.....^{กัญญา ทรัพย์}.....กรรมการ ลงชื่อ.....^{กัญญา ทรัพย์}.....กรรมการ



(นางพนิตา แทบทาม)

(นางวิมล สุนุ่ม่วง)

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นสินค้าที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๓ มีคู่มือการใช้ และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑ ชุด
- ๕.๔ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๕ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ

ลงชื่อ..... สมจินต์นา วิทลวิ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมจินต์นา วิทาลัย)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ ลงชื่อ..... .....กรรมการ
(นางพนิดา แทบทาม) (นางวิมล สุ่ม่วง)