

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ**  
**เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ดิจิทัลพร้อมวัดส่วนสูง**

1. ความต้องการ เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ สามารถวัดค่าดัชนีมวลกาย และสามารถวัดส่วนสูงได้
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องมือชั่งน้ำหนัก และยืนวัดส่วนสูง สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่
3. คุณลักษณะทั่วไป
  - 3.1 เครื่องชั่งน้ำหนัก มีขนาดฐานชั่ง กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 34.9 x 41.9 x 6 เซนติเมตร และมีอุปกรณ์สำหรับวัดความสูงติดอยู่ด้านหน้าเครื่องเพื่อความสะดวกในการอ่านค่า
  - 3.2 สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดถึง 220 กิโลกรัม หรือ 500 ปอนด์ อ่านค่าความละเอียดเป็น 0.2 ปอนด์ (0.1 กิโลกรัม)
  - 3.3 สามารถวัดส่วนสูงได้สูงสุด 214 เซนติเมตร และต่ำสุด 76 เซนติเมตร
  - 3.4 จอภาพแสดงผลเป็น LCD แสดงตัวเลขขนาดความสูง 1 นิ้ว สามารถอ่านค่าได้ง่ายชัดเจน
  - 3.5 มีล้ออย่างน้อย 2 ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้ง่าย
  - 3.6 ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ได้
4. คุณลักษณะเฉพาะ
  - 4.1 สามารถชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้ในเครื่องเดียวกัน
  - 4.2 มีระบบประหยัดพลังงานสามารถปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto off) เมื่อไม่ได้ใช้งานสามารถเปลี่ยนหน่วยเป็น Kg/lb ได้
5. อุปกรณ์มาตรฐาน
  - 5.1 ชุดชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) จำนวน 1 ชุด
  - 5.2 ถ่านไฟขนาด AA ชนิดชาร์จไฟในตัวเครื่อง จำนวน 6 ก้อน
  - 5.3 สายชาร์จไฟพร้อมปลั๊กต่อ จำนวน 1 ชุด
6. เงื่อนไขเฉพาะ
  - 6.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีป ยุโรป อเมริกา เอเชีย
  - 6.2 บริษัทที่จำหน่ายไม่เคยมีประวัติเป็นผู้จ้างงานหรือถูกร้องเรียนจากโรงพยาบาลภายในประเทศกรณีบริการหลังการขาย
  - 6.3 ผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปี หลังจากวันส่งมอบของครบ
  - 6.4 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
  - 6.5 คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

ลงชื่อ.....

(นางรัชณี บำรุงสุนทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....

(นางจันทิมา แสงโสภณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เฟื่องฟุ้ง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- 6.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและมีหนังสือรับรอง
- 6.7 ในระยะเวลาประกันถ้าเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่  
ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไขถึง 2 ครั้งยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยน  
เครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 6.8 ผู้ขายต้องส่งช่างผู้เชี่ยวชาญมาแสดงวิธีการใช้เครื่อง และบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....

(นางรัชณี บำรุงสุนทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....

(นางจันทิมา แสงโสภณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เฟื่องฟุ้ง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ